INECC
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICOS GENERALES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS, SENSORES METEOROLÓGICOS Y CASETA DEL LABORATORIO MÓVIL DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE".

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. INECC/LPN-014/2017

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas, del 17 de octubre de 2017, en la Sala de Juntas del INECC, ubicada en: el 1er. Piso de Avenida Periférico Sur No. 5000, Col. Insurgentes Cuicuilco, C.P. 04530 Delegación Coyoacán, Ciudad de México, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento) así como del (los) numeral III, inciso b) de la convocatoria a la licitación.

Este acto fue presidido por el Lic. Francisco Javier Cerón Flores, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, servidor público designado por la convocante Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, con fundamento en el Numeral VI.1.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INECC quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, de forma presencial o a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El Presidente del acto, fue asistido por los representantes del área requirente de la Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental, Ing. Daniel Ordoñez Carmona, Jefe de Departamento de Sistemas de Monitoreo Atmosférico, el cual solventó las preguntas de carácter técnico y el representante del área contratante Lic. Francisco Javier Cerón Flores, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, el cual solventó las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente, dio inicio en tiempo y forma a este evento de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la convocante como a través de CompraNet, de las siguientes personas:

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS, SENSORES METEOROLÓGICOS Y CASETA DEL LABORATORIO MÓVIL DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE".

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. INECC/LPN-014/2017

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS
1	**TERSUM ARE'S**	PRESENCIAL	4

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por el interesado, así como las respuestas otorgadas por la Convocante, como se indica a continuación:

PREGUNTAS EFECTUADAS POR: TERSUM ARE'S

Pregunta No. 1.- PUNTO III.- FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

Inciso b) Visita a las Instalaciones EL INECC.
Amablemente solicitamos a la convocante establezca fecha y hora para una visita a la estación móvil en instalaciones del INECC con el fin de revisar, evaluar y realizar un levantamiento más preciso de los servicios, de los equipos, consumibles y refacciones requeridos; Esto facilitara a los licitantes presentar las proposiciones justas y a la convocante garantizar la calidad y características técnicas

Respuesta = Al respecto, como usted sabe personal técnico de su empresa ya se hizo un pre-diagnóstico de la Unidad Móvil y de los analizadores existentes en dicho laboratorio a efecto de realizar una cotización para la investigación de mercado.

Sin embargo debido a trabajo ya programado, es posible recibir a las empresas interesadas el día el día viernes 20 de octubre de 4 a 5 pm, para que puedan realizarla visita física a la unidad móvil.

Pregunta No. 2.- Términos de referencia – Página 52

Indica que se deberá reparar y actualizar el sistema de control de los equipos Dock Norte LNX6000 DL.

Dado que marca Dock Norte y sus modelos ya no se fabrican debido a que la marca dejo de operar en Argentina y resto del mundo, no hay forma de actualizar ni reparar.
Se solicita se pueda ofertar un equipo con características similares y/o superiores con tecnología dedicada para esta aplicación y de última generación el cual garantizara la

correcta compatibilidad con los equipos existentes como son analizadores de gases Thermo Fisher Scientific y meteorología.

Respuesta = Si es posible ofertar la sustitución con las mismas características o superiores.

Pregunta No. 3.- Términos de referencia – Página 59

Confirmar que el licitante deberá comprobar que cuenta con personal técnico capacitado en el funcionamiento y operación de los equipos descritos y como mínimo 5 años de experiencia comprobable en el mantenimiento preventivo y correctivo, con certificación y autorización vigente del fabricante de los equipos para prestar los servicios ya descritos.

Respuesta = Es indispensable demostrar que se cuenta con personal capacitado que cuente con constancias y/o certificaciones, así como experiencia demostrable de mínimo 5 años.

Pregunta No. 4.- Términos de referencia – Página 59

Se solicita a la convocante amablemente aclare el siguiente punto: *Capacidad para atender todas las solicitudes de reparación in situ sin límites, con el desplazamiento y mano de obra incluidos, con todas sus piezas y los consumibles/accesorios originales para el servicio.*

¿Se deberá considerar un costo extra por esta garantía extendida y por cuánto tiempo?

Respuesta = La capacidad que se solicita es para la aplicación de la garantía que deberá ser por el tiempo que estipule el fabricante en las partes y refacciones, y se deberá tener atención técnica en cuanto a la operación y mantenimiento correctivo en caso de falla y preventivo en el tiempo que esté vigente la garantía.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación.

Para efectos de la notificación personal, se hace constar que en este acto se les hace entrega de una copia de la presente acta con acuse de recibo a los licitantes asistentes, y para aquellos licitantes que no hayan asistido a este acto, en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica:

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS, SENSORES METEOROLÓGICOS Y CASETA DEL LABORATORIO MÓVIL DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE".

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA
No. INECC/LPN-014/2017

www.compranet.gob.mx para efectos de su notificación. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en: el 1er. Piso de Avenida Periférico Sur No. 5000, Col. Insurgentes Cuicuilco, C.P. 04530, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, Dirección de Recursos Humanos, Materiales y Servicios, un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta junta, siendo las 12:00 horas, del 17 de octubre de 2017.

Esta Acta consta de **4** hojas y **1** hoja de la pantalla de CompraNet correspondiente a la Junta de Aclaraciones, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. FRANCISCO JAVIER CERÓN FLORES	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
LIC. MOISÉS MAURICIO MORÁN GÓMEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEMARNAT	
ING. DANIEL ORDOÑEZ CARMONA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE MONITOREO ATMOSFÉRICO	
LIC. LIZ MAYTHE CRUZ RAMÍREZ	REPRESENTANTE DEL ÁREA JURÍDICA	

ROSA MARIA RAMOS Ayuda

SFP

Volver a la Lista

Publicación DOF Duplicar Procedimiento ...

Procedimiento : 849543 - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, sensores meteorológicos y caseta del laboratorio móvil de monitoreo de calidad del aire".

Vigente

Expediente : **1507497** - Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 23/10/2017 11:00:00 AM

Administración del Procedimiento **Monitoreo de Licitantes** **Grupo de Evaluación** **Fallo** Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje | Mensajes Recibidos | Mensajes Enviados | Borrador de Mensajes | Mensajes Adjuntados

Crear Elemento ...

No se han encontrado Mensajes