

DIRECCION DE CAMPANAS ZOOSANITARIAS
INFORME DE CONCORDANCIA Y TIEMPO PROMEDIO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS GRANULOMATOSAS EN LA CAMPAÑA DE TUBERCULOSIS BOVINA

PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019

No. LAB.	NOMBRE DEL LABORATORIO	TOTAL DE MUESTRAS RECIBIDAS	TOTAL DE MUESTRAS DIAGNOSTICADAS	TIEMPO PROMEDIO EN LOS PROCESOS						CONCORDANCIA					FUERZA DE LA CONCORDANCIA
				TOMA - RECEP	RECEP - HP	RECEP - PCR	RECEP - BACT	RECEP - TIPIF	No. DÍAS PROCESO COMPLETO TOMA MUESTRA - TIPIFICACIÓN	TOTAL DE MUESTRAS DIAGNOSTICADAS (ambas pruebas)	TOTAL DE MUESTRAS CON CONCORDANCIA (Positivas y Negativas)	% MUESTRAS CONCORDANTES	NO. MUESTRAS CONCORDANTES (Positivas)	% CONCORDANCIA PRUEBA KAPPA	
1	Centro de Diagnóstico Integrado y de Investigaciones en Salud Animal del Estado de Chihuahua	2,355	2,355	3	3	11	60	55	53	1,884	1834	97.35	379	0.91	MUY BUENA
2	Laboratorio de Diagnóstico de Patología Animal de Villahermosa (Tabasco)	119	112	1	5	N/A	66	106	107	79	74	93.67	4	0.62	BUENA
3	Laboratorio Estatal de Salud Pública (Sonora)	350	350	3	6	N/A	63	53	55	229	219	95.63	36	0.83	MUY BUENA
4	Laboratorio Central Regional de Monterrey	796	796	3	11	N/A	66	82	85	674	494	73.29	369	0.41	MODERADA
5	Laboratorio Cordobés de Diagnostico Pecuario (Veracruz)	571	571	4	18	20	57	71	75	503	425	84.49	118	0.63	BUENA
6	Laboratorio de Diagnóstico de la FMVZ-UAT (Tamaulipas)	170	170	1	8	N/A	72	62	62	170	158	92.94	16	0.69	BUENA
7	Laboratorio Regional de Patología Animal de El Salto (Jalisco)	423	422	3	3	N/A	56	69	69	331	287	86.71	156	0.72	BUENA
8	Laboratorio del Comité de Campaña de Erradicación de la Tuberculosis Bovina y Brucelosis en Región Lagunera de Coahuila y Durango A.C.	84	84	3	5	N/A	87	101	105	50	46	92.00	17	0.83	MUY BUENA

DIRECCION DE CAMPANAS ZOOSANITARIAS
INFORME DE CONCORDANCIA Y TIEMPO PROMEDIO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS GRANULOMATOSAS EN LA CAMPAÑA DE TUBERCULOSIS BOVINA

PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019

No. LAB.	NOMBRE DEL LABORATORIO	TOTAL DE MUESTRAS RECIBIDAS	TOTAL DE MUESTRAS DIAGNOSTICADAS	TIEMPO PROMEDIO EN LOS PROCESOS						No. DÍAS PROCESO COMPLETO TOMA MUESTRA - TIPIFICACIÓN	CONCORDANCIA					FUERZA DE LA CONCORDANCIA
				TOMA - RECEP	RECEP - HP	RECEP - PCR	RECEP - BACT	RECEP - TIPIF	TOTAL DE MUESTRAS DIAGNOSTICADAS (ambas pruebas)		TOTAL DE MUESTRAS CON CONCORDANCIA (Positivas y Negativas)	% MUESTRAS CONCORDANTES	NO. MUESTRAS CONCORDANTES (Positivas)	% CONCORDANCIA PRUEBA KAPPA		
9	Laboratorio Central Regional de Mérida	84	84	3	10	N/A	73	S/D	N/A	64	57	89.06	1	0.21	DÉBIL	
10	Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal (CENASA)	511	510	5	4	N/A	53	73	78	166	115	69.28	56	0.36	DÉBIL	
11	Laboratorio Estatal de Salud Pública de Chiapas Chiapas	288	287	3	9	S/D	60	79	82	252	224	88.89	50	0.69	BUENA	
12	Laboratorio de Salud Animal Mexicali (Baja California)	301	299	2	2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
13	Investigación Aplicada S.A. de C.V. (Puebla)	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
TOTAL		6,052	6,040							4,402	3,933	89	1202			

K < 0.2 POBRE

K 0.21 - 0.40 DÉBIL

K 0.41 - 0.60 MODERADA

K 0.61 - 0.80 BUENA

K > 0.81 MUY BUENA

Fuente: Laboratorios de Diagnóstico Autorizados por SENASICA y Dirección de Campañas Zoosanitarias

La información presentada corresponde a muestras de origen bovino

N/A: No aplica

Los laboratorios CENID - INIFAP, Laboratorio de Serología, FMVZ-UNAM y el Laboratorio de Patología Animal de Querétaro no proporcionaron información en 2019